Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

19 - NABAVA MR UREĐAJA

Podaci o naručitelju

Naziv: **OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA**

Nacionalni reg. broj: **71630358814**

Adresa: **Josipa Jurja Strossmayera 17, 35400 Nova Gradiška, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **NABAVA MR UREĐAJA**

Evidencijski broj nabave: **19**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **1.000.000,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **29.03.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **04.04.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 2.1. traženo je: Najveća amplituda na svakoj (x,y,z) osi min. 35 mT/m. Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste omogućili sudjelovanje na ovom nadmetanju molimo Vas da točka glasi:

Najveća amplituda na svakoj (x,y,z) osi min. 33 mT/m

1.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

2. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 2.2. traženo je: Najveća brzina porasta (eng. „slew rate“) min. 140 T/m/s. Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste omogućili sudjelovanje na ovom nadmetanju molimo Vas da točka glasi:

Najveća brzina porasta (eng. „slew rate“) min. 125 T/m/s

2.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

2.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije

tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

3. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 2.5. traženo je: Najkraći TR/TE (2D GRE, 256 matrica) maks. 1.1 ms/0.23ms. Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste omogućili sudjelovanje na ovom nadmetanju molimo Vas da točka glasi:

Najkraći TR/TE (2D GRE, 256 matrica) maks. 1.11 ms/0.28 ms

3.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

3.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

4. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 2.6. traženo je: Najkraći TR/TE (3D GRE, 256 matrica) maks. 1.1ms/0.23ms. Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste omogućili sudjelovanje na ovom nadmetanju molimo Vas da točka glasi:

Najkraći TR/TE (3D GRE, 256 matrica) maks. 1.11 ms/0.28 ms

4.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

4.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

5. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 3.6. traženo je: Broj neovisnih prijemnih kanala koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju, od kojih svaki stvara neovisnu djelomičnu sliku, najmanje 64 ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici. Obzirom da su tehničkom specifikacijom tražene zavojnice s maksimalno 24 elemenata/kanala, broj neovisnih prijemnih kanala koji je potreban za akviziciju u traženom preglednom polju ne treba biti veći od 32. Stoga Vas molimo da točka glasi:

Broj neovisnih prijemnih kanala koji se mogu koristiti istovremeno tijekom pojedinačnog oslikavanja i u jednom vidnom polju, od kojih svaki stvara neovisnu djelomičnu sliku, najmanje 32 ili digitalna tehnologija pretvorbe analognog signala u zavojnici

5.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

5.2. Obrazloženje

Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike sukladno svojim potrebama, a gospodarski subjekti mogu ponuditi uređaje sa boljim karakteristikama. Zainteresirani gospodarski subjekt

predlaže lošije karakteristike što bi posljedično značilo mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete, što nikako nije u interesu pacijenata.

6. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 6.1.3. traženo je: Brzo 2D oslikavanje sa SE, FSE u svrhu visoko rezolucijskog oslikavanja u svim smjerovima

Kako bi bilo u skladu s ostalim točkama tehničke specifikacije gdje se traži FSE ili TSE sekvenca molimo Vas da točka glasi:

Brzo 2D oslikavanje sa SE, FSE ili TSE u svrhu visoko rezolucijskog oslikavanja u svim smjerovima

6.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

6.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike, a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike.

7. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 6.8.2. traženo je: Algoritam rekonstrukcije slike temeljen na dubokom učenju kompatibilan s 2D i 3D FSE-GRE i sekvencama neosjetljivim na pokret

Obzirom na minimalno odstupanje te kako biste omogućili sudjelovanje na ovom nadmetanju

molimo Vas da točka glasi:

Algoritam rekonstrukcije slike temeljen na dubokom učenju kompatibilan s 2D FSE ili TSE sekvencom

7.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

7.2. Obrazloženje

Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike sukladno svojim potrebama, a gospodarski subjekti mogu ponuditi uređaje sa boljim karakteristikama. Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže lošije karakteristike što bi posljedično značilo mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete, što nikako nije u interesu pacijenata niti naručitelja

8. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Točkom 6.9.7. traženo je: Gornja tehnika može se primijeniti za FSE sekvence

Kako bi bilo u skladu s ostalim točkama tehničke specifikacije gdje se traži FSE ili TSE sekvenca molimo Vas da točka glasi:

Gornja tehnika može se primijeniti za FSE ili TSE sekvence

8.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

8.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike.

9. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Kriteriji za odabir ponude

Molimo izmjenu kriterija za odabir ponude (dodatnih tehničkih karakteristika) sukladno dokumentu koji dostavljamo u privitku.

9.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

9.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je kriterij za odabir ponude odredio sukladno svojim potrebama.

10. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Molimo iz obrasca tehničkih karakteristika (Excel dokument) brisati tekst "M.P. Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja" s obzirom da se dokument dostavlja u excel formatu koji nije moguće potpisati, a dodatno, ponuda obvezuje ponuditelja neovisno o tome je li potpisana ili nije.

10.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

11. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Molimo u DON uvrstiti odredbu da dokumenti kojima se dokazuju minimalne tehničke karakteristike i dodatna funkcionalna svojstva/tehničke karakteristike (katalozi, izjava proizvođača / ovlaštenog zastupnika za EU i sl.) mogu biti dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku, a da naručitelj može, u slučaju potrebe, u postupku pregleda i ocjene ponuda od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu prijevoda relevantnih dijelova tih dokaza na hrvatski jezik.

11.1. Odgovor naručitelja

Djelomično se prihvaća

11.2. Obrazloženje

Dokazi mogu biti dostavljeni na hrvatskom ili engleskom jeziku, a na zahtjev naručitelja potrebno je dostaviti prijevod relevantnih dijelova tih dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Naručitelj u slučaju potrebe može zatražiti i prijevod kompletnih dokaza, a ponuditelji su isti dužni dostaviti.

12. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

U čl. 10. prijedloga ugovora stoji da Naručitelj ima pravo penale zadržati od bilo kojeg računa Isporučitelja.

Molimo izmijeniti tako da glasi: Naručitelj će obračunate penale naplatiti temeljem izdavanja računa ili terećenja Isporučitelju, s rokom dospijeća 60 dana.

12.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

13. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Točkom 4.6. DoN nije određen rok plaćanja, a u prijedlogu ugovora određeno je kako će Naručitelj plaćanje izvršiti u roku 60 dana od datuma računa za izvršenu isporuku pa sukladno tome molimo urediti i točku 4.6. DoN.

13.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

14. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Drugi

Člankom 7.7. prijedloga ugovora određeno je kako u periodu od isporuke ugovorene opreme i količinskog zaprimanja iz stavka 7.2. Naručitelju prijedloga ugovora pa sve do primopredaje ugovorene opreme, odgovornost i rizik vezano za slučajne propasti, oštećenja ili gubitak ugovorene opreme iz članka 1. ovog Ugovora, snosi Isporučitelj.

Molimo izmjenu na način da odgovornost i rizik vezano za slučajne propasti, oštećenja ili gubitak ugovorene opreme iz članka 1. ovog Ugovora, snosi naručitelj.

14.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

14.2. Obrazloženje

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu dokumentacije o nabavi u ovoj točki. U razdoblju od isporuke ugovorene opreme pa sve do primopredaje ugovorene opreme, odgovornost i rizik slučajne propasti, oštećenja ili gubitka snosi Isporučitelj.

15. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave

Dokumentacija o nabavi, Dio I – Opći podaci o postupku nabave

Točka 3. Podaci o predmetu nabave

U tekstu se navodi:

„Popis predmeta nabave potpuno je utvrđen u Troškovniku/tehničkoj specifikaciji“, "

U Troškovniku/tehničkoj specifikaciji ove Dokumentacije…“

Kako bi Dokumentacija bila jasna, predlažemo Naručitelju da navede samo „Tehničkoj dokumentaciji“, jer je Troškovnik drugi dokument.

Točka 3.1. Opis predmeta nabave: NABAVA MR UREĐAJA

Isto kao i u prethodnoj točki, u tekstu se na dva mjesta navodi „Troškovniku/tehničkoj specifikaciji“, te kako bi Dokumentacija bila jasna, predlažemo Naručitelju da navede samo „Tehničkoj dokumentaciji“, jer je Troškovnik drugi dokument.

15.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

16. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude
- Upute za izradu i predaju ponuda

Dokumentacija o nabavi, Dio II – Upute za ponuditelje

Točka 3.2. Način određivanja cijene ponude

Između ostalog navodi se da su ponuditelji dužni upisati „ukupnu cijenu za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku“

U Troškovniku ne postoji kolona u koju bi se za stavku upisala „ukupna cijena“.

Molimo Naručitelja da uskladi tekst iz Dokumentacije sa tekstom u Troškovniku.

Isto tako, kako bi dokumentacija bila jasna i nedvojbena, predlažemo Naručitelju da u Troškovniku umjesto teksta: „UKUPNO ZA GRUPU“, navede sljedeće: „UKUPNO S PDV-om“

Točka 4.2. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

Molimo Naručitelja da kao sredstvo jamstva dozvoli i zadužnicu/bjanko zadužnicu te da uskladi

tekst iz Dokumentacije sa tekstom u Prijedlogu Ugovora.

16.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

17. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Kriteriji za odabir ponude

Kriterij za odabir

Točka 2.2. Nefinancijski kriterij (NK) – dodatna funkcionalna svojstva/tehničke karakteristike

Molimo Naručitelja da ispravi način izračuna tj. da izbriše navedenu formulu, obzirom da se bodovi računaju sukladno Obrascu za ocjenjivanje ponude prema nefinancijskom kriteriju.

17.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

18. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Kriterij kvalitativnog odabira gospodarskog subjekta s uputama

Točka 5.2.2. Uzorci, opisi ili fotografije

Naručitelj u ovoj točki kao dokaz traži EC certifikat što smatramo da je pogrešno. Molimo Naručitelja da u ovoj točki pod Uvjet/zahtjev naručitelja kao dokaze navede sljedeće: katalog i/ili prospekt i/ili specifikacije i izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU.

18.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

19. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

U tablici „TEHNIČKE KARAKTERISTIKE“ navodi se evidencijski broj nabave: 5/24, dok se u ostalim dijelovima Dokumentacije navodi: 19.

Molimo Naručitelja da ispravi evidencijski broj nabave u „Tehničkim karakteristikama“.

19.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

20. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 1

Točka 1.4.5 sada glasi: 10 cm DSV, ne više od 0.007 ppm

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: 10 cm DSV, ne više od 0.008 ppm

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

20.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

20.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmetnu točku tehničke specifikacije predmeta nabave opisao u skladu s

minimalnim potrebama struke imajući u vidu trenutne dosege i trendove u proizvodnim programima renomiranih svjetskih proizvođača MR uređaja. Navedena točka je opisana na jasan, nedvojben i neutralan način, gdje istu može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MR uređaja.

21. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 2

Točka 2.5 sada glasi: Najkraći TR/TE (2D GRE, 256 matrica) maks. 1.1 ms/0.23ms

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Najkraći TR/TE (2D GRE, 256 matrica) maks. 1.3 ms/0.50ms

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

21.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

21.2. Obrazloženje

Predložene izmjene tehničkih specifikacija opisuju uređaj slabijih tehničkih karakteristika od uređaja trenutno opisanoga. Za mnoge kliničke indikacije, brze sekvence snimanja su neophodne kako bi se izbjegla duga vremena snimanja, koja mogu uzrokovati artefakte kretanja i smanjiti protok pacijenata. Tehničke specifikacije omogućavaju svim gospodarskim subjektima jednak pristup postupku nabave i nemaju učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju.

22. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 3

Točka 2.6 sada glasi: Najkraći TR/TE (3D GRE, 256 matrica) maks. 1.1ms/0.23ms

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Najkraći TR/TE (3D GRE, 256 matrica) maks. 1.2ms/0.46ms

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

22.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

22.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

23. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 4

Točka 2.7 sada glasi: Najmanja debljina 2D sloja maks. 0.1mm

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Najmanja debljina 2D sloja maks. 0.2mm

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

23.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

23.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

24. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 5

Točka 4.4 sada glasi: "Lagana fleksibilna univerzalna zavojnica s minimalno 18 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikom paralelnog oslikavanja.
Dva komada, svaka različite veličine.

Dimenzije:

Velika: min. 28 cm x 58 cm.

Mala: min. 19 cm x 40 cm."

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: "Lagana fleksibilna univerzalna zavojnica s minimalno 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikom paralelnog oslikavanja.
Dva komada, svaka različite veličine.

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

24.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

24.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

25. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 6

Točka 4.6 sada glasi: T/R (engl. „transmit/receive“) zavojnica za oslikavanje koljena s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja.

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: T/R (engl. „transmit/receive“) zavojnica za oslikavanje koljena s min. 16 elemenata ili kanala, kompatibilna s tehnikama paralelnog oslikavanja ili fleksibilna zavojnica s min. 16 kanala.

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

25.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

25.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

26. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 7

Točka 4.7 sada glasi: Zavojnica za oslikavanje dojke s min. 8 elemenata ili kanala, prilagodljive geometrije, kompatibilno s tehnikama paralelnog oslikavanja

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Zavojnica za oslikavanje dojke s min. 7 elemenata ili kanala, prilagodljive geometrije, kompatibilno s tehnikama paralelnog oslikavanja

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

26.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

26.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

27. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 8

Točka 5.7 sada glasi: Najniži položaj stola maksimalno 52 cm

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Najniži položaj stola maksimalno 59 cm

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska

proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

27.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

27.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmetnu točku tehničke specifikacije predmeta nabave opisao u skladu s minimalnim potrebama struke, a imajući u vidu trenutne dosege i trendove u proizvodnim programima renomiranih svjetskih proizvođača MR uređaja. Navedena točka je opisana na jasan, nedvojben i neutralan način, gdje istu može zadovoljiti više renomiranih svjetskih proizvođača MR uređaja.

28. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 9

Točka 6.8.1 sada glasi: Algoritam rekonstrukcije slike temeljen na dubokom učenju, koji smanjuje šum u k-prostoru, potiskujući GIBBS artefakte i skraćujući vrijeme skeniranja

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Algoritam rekonstrukcije slike temeljen na dubokom učenju, koji smanjuje šum u k-prostoru i skraćujući vrijeme skeniranja

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

28.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

28.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije

tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

29. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 10

Točka 6.8.2 sada glasi: Algoritam rekonstrukcije slike temeljen na dubokom učenju kompatibilan s 2D i 3D FSE-GRE i sekvencama neosjetljivim na pokret

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Napredni algoritam rekonstrukcije slike kompatibilan s 2D i 3D FSE-GRE i sekvencama neosjetljivim na pokret

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

29.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

29.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.

30. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Upit br. 11

Točka 6.9.7 sada glasi: Gornja tehnika može se primijeniti za FSE sekvence

Molimo za sljedeću izmjenu sadržaja predmetne točke: Brisanje točke

Obrazloženje:

Navedenom minimalnom izmjenom ćete omogućiti nuđenje uređaja najmanje dva svjetska proizvođača MR uređaja, bez narušavanja kvalitete i mogućnosti traženog dijagnostičkog uređaja.

30.1. Odgovor naručitelja

Ne prihvaća se

30.2. Obrazloženje

Naručitelj je predmet nabave opisao sukladno svojim potrebama, na jasan i nedvojben način, sa opisom tehničkih karakteristika koje zadovoljava više proizvođača MR uređaja. Naručitelj je odredio minimalne tehničke karakteristike a gospodarski subjekti mogu ponuditi bolje karakteristike. Lošije tehničke karakteristike značile bi mogućnost nuđenja uređaja lošije kvalitete što nikako nije u interesu Naručitelja i pacijenata.