

Ur.broj:02- 4894/25  
Nova Gradiška, 03.10.2025.

SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**PREDMET:** Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama za pripremu postupka jednostavne nabave Elektrokirurški generator

Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška priprema postupka jednostavne nabave-Elektrokirurški generator, evidencijski broj: JN 24/25.

S ciljem istraživanja tržišta javni naručitelj je dana 25.rujna 2025. na svojoj službenoj web stranici objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave Elektrokirurški generator –konzultacije kojim je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu i dostave svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune elektroničkim putem do 01.listopada 2025. do 07,00 sati.

Zajedno sa Pozivom naručitelj je objavio prijedlog Poziva na dostavu ponuda i prijedlog tehničkih specifikacija predmeta nabava (troškovnik).

1. **naziv i OIB:** Opća bolnica Nova Gradiška, 71630358814,
2. **evidencijski broj nabave:** JN 24/25,
3. **predmet nabave:** Elektrokirurški generator,
4. **datum početka tehničkih konzultacija:** 25.09.2025.
5. **datum završetka tehničkih konzultacija:** 01.10.2025. godine do 7,00 sati
6. **navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:** ☒ NE
7. **tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:**

Tijekom tehničkih konzultacija Naručitelj je zaprimio prijedlog jednog Gospodarskog subjekta:

1. Visokofrekventni elektrokirurški generator:

1.10 „Bipolarni mod: minimalno 320W/75ohm.“

Kako različiti proizvođači imaju različita rješenja, a koja zadovoljavaju istu svrhu, predlažemo da stavak glasi:

„Bipolarni mod: minimalno 320W“

1.11 „Monopolarni mod: minimalno 300W/200 ohm.“

Kako različiti proizvođači imaju različita rješenja, a koja zadovoljavaju istu svrhu, predlažemo da stavak glasi:  
„Monopolarni mod: minimalno 300W“

1.17.1 „minimalno 12 radnih modova“

Predlažemo da stavka glasi:

„minimalno 6 radnih modova“

1.19.1 „minimalno 4 radna moda“

Predlažemo da stavka glasi:

„minimalno 3 radna moda“

1.20.1 „minimalno 6 radnih modova“

Predlažemo da stavka glasi:

„minimalno 4 radnih modova“

1.25. „Dimenzije maksimalno (vxšxd) 180x450x460 mm“

Predlažemo da stavka glasi:

„Dimenzije maksimalno (vxšxd) 215x410x370 mm“ ili da se potpuno izbaci tražena stavka jer ista nije relevantna za samu funkciju uređaja

1.27 „USB ulaz za nadogradnju softvera“

Predlažemo da stavka glasi:

„USB ulaz za nadogradnju softvera dostupan samo za ovlašteni servis te WLAN sučelje za istu svrhu

**8. odgovor na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se):**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog izmjene tehničke specifikacije te uvažava prijedloge tehničke specifikacije sukladno svojim potrebama i namjeni i to kako slijedi:

**- PRIJEDLOG:**

1.10 „Bipolarni mod: minimalno 320W/75ohm.“

Kako različiti proizvođači imaju različita rješenja, a koja zadovoljavaju istu svrhu, predlažemo da stavak glasi:

„Bipolarni mod: minimalno 320W“

ODGOVOR: **Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta

**- PRIJEDLOG:**

1.11 „Monopolarni mod: minimalno 300W/200 ohm.“

Kako različiti proizvođači imaju različita rješenja, a koja zadovoljavaju istu svrhu, predlažemo da stavak glasi:

„Monopolarni mod: minimalno 300W“

ODGOVOR: **Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta

- PRIJEDLOG:  
1.17.1 „minimalno 12 radnih modova“  
Predlažemo da stavka glasi:  
„minimalno 6 radnih modova“

ODGOVOR: **NE Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta: Mogućnost rada u više modova predstavlja značajnu prednost za liječnike/operatere jer im omogućuje širi spektar primjene u različitim kliničkim situacijama. Time se povećava fleksibilnost u radu, prilagodba individualnim potrebama pacijenata te potencijalno postižu bolji klinički rezultati. Uređaj s više modova rada je time tehnološki napredniji i specifikiraniji te omogućuje viši standard kvalitete i sigurnosti u svakodnevnoj praksi.

- PRIJEDLOG:  
1.19.1 „minimalno 4 radna moda“  
Predlažemo da stavka glasi:  
„minimalno 3 radna moda“

ODGOVOR: **NE Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta: Mogućnost rada u više modova predstavlja značajnu prednost za liječnike/operatere jer im omogućuje širi spektar primjene u različitim kliničkim situacijama. Time se povećava fleksibilnost u radu, prilagodba individualnim potrebama pacijenata te potencijalno postižu bolji klinički rezultati. Uređaj s više modova rada je time tehnološki napredniji i specifikiraniji te omogućuje viši standard kvalitete i sigurnosti u svakodnevnoj praksi.

- PRIJEDLOG:  
1.20.1 „minimalno 6 radnih modova“  
Predlažemo da stavka glasi:  
„minimalno 4 radnih modova“

ODGOVOR: **NE Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta: Mogućnost rada u više modova predstavlja značajnu prednost za liječnike/operatere jer im omogućuje širi spektar primjene u različitim kliničkim situacijama. Time se povećava fleksibilnost u radu, prilagodba individualnim potrebama pacijenata te potencijalno postižu bolji klinički rezultati. Uređaj s više modova rada je time tehnološki napredniji i specifikiraniji te omogućuje viši standard kvalitete i sigurnosti u svakodnevnoj praksi.

- PRIJEDLOG:  
1.25. „Dimenzije maksimalno (vxšxd) 180x450x460 mm“  
Predlažemo da stavka glasi:  
„Dimenzije maksimalno (vxšxd) 215x410x370 mm“ ili da se potpuno izbaci tražena stavka jer ista nije relevantna za samu funkciju uređaja

ODGOVOR: **Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta, **BRIŠE SE** stavka 1.25. u svrhu otvaranja mogućnosti javljanja više Gospodarskih subjekata/Ponuditelja.

- PRIJEDLOG:

1.27 „USB ulaz za nadogradnju softwera“

Predlažemo da stavka glasi:

„USB ulaz za nadogradnju softwera dostupan samo za ovlašteni servis te WLAN sučelje za istu svrhu

ODGOVOR: **NE Prihvaća se** prijedlog Gospodarskog subjekta: U prijedlogu je dodana proširena stavka koja bi mogla nepotrebno ograničiti tržišno natjecanje i onemogućiti sudjelovanje većeg broja Gospodarskih subjekata/Ponuditelja. Dodatno, predloženi zahtjev nije relevantan niti ključan za osnovnu funkcionalnost i rad uređaja, te ne doprinosi unapređenju kliničkih rezultata.

Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama objavljuje se na stranicama Bolnice.

Stručno povjerenstvo za provedbu  
postupka jednostavne nabave