

Ur.broj:02- 4784/25
Nova Gradiška, 29.09.2025.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama za pripremu postupka jednostavne nabave RTG pregače, 4 komada

Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška priprema postupka jednostavne nabave- RTG pregače, 4 komada, evidencijski broj: JN 41/25.

S ciljem istraživanja tržišta javni naručitelj je dana 17.rujna 2025. na svojoj službenoj web stranici objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave RTG pregače, 4 komada –konzultacije kojim je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu i dostave svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune elektroničkim putem do 23.rujna 2025. do 07,00 sati.

Zajedno sa Pozivom naručitelj je objavio prijedlog Poziva na dostavu ponuda i prijedlog tehničkih specifikacija predmeta nabava (troškovnik).

1. **naziv i OIB:** Opća bolnica Nova Gradiška, 71630358814,
2. **evidencijski broj nabave:** JN 41/25,
3. **predmet nabave:** RTG pregače, 4 komada,
4. **datum početka tehničkih konzultacija:** 17.09.2025.
5. **datum završetka tehničkih konzultacija:** 23.09.2025. godine do 7,00 sati
6. **navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:** ☒ NE
7. **tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:**

Tijekom tehničkih konzultacija Naručitelj je zaprimio prijedlog jednog Gospodarskog subjekta:

- Predlažemo da materijal zaštitnih pregača bude olovo kompozitni te da točna težina bude do maksimalno 3kg/m².
Prilikom upotrebe zaštitnih pregača najvažnija je maksimalna zaštita a da zaštitne pregače pritom budu čim lakše i ugodnije za nošenje.
- Predlažemo da se kao dokaz ispitivosti pregača u rasponu od 50-150 kV dostavi certifikat od nezavisnog certificiranog laboratorija koji je izvršio mjerenje i izdao certifikat o provedenim mjeranjima stopa atenuacije.
- Predložili bismo da se definira i jamstveni rok od 60 mjeseci ili da se definira minimalan rok od 36 mjeseca te da se boduje ukoliko proizvođači ponude duži rok od minimalnog.

- Predlažemo da se navede da mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb treba biti u skladu sa Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014 (ili odgovarajućom novijom) te da se priloži CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425.
- Zamolili bismo izuzimanje Princess šavova obzirom da se isti koriste u proizvodnji konfekcijske robe, te da se navede da zaštitna oprema i šavovi moraju biti sukladno navedenoj u prethodnoj rečenici Europskoj direktivi i smjernicama.
- Zamolili bismo da se navede da proizvođač treba ponuditi izbor od minimalno 10 različitih boja.

8. odgovor na primjebu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se):

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog izmjene tehničke specifikacije te uvažava prijedloge tehničke specifikacije sukladno svojim potrebama i namjeni i to kako slijedi:

- PRIJEDLOG: Predlažemo da materijal zaštitnih pregača bude olovo kompozitni te da točna težina bude do maksimalno 3kg/m².

Prilikom upotrebe zaštitnih pregača najvažnija je maksimalna zaštita a da zaštitne pregače pritom budu čim lakše i ugodnije za nošenje.

ODGOVOR: Djelomično se prihvaća prijedlog, jer će prihvatiti i ponude svih koji dostave navedene stavke. Naime, u Naručiteljevom prijedlogu troškovnika, u stavkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 već postoji navod: „sadrži olovo sa značajno smanjenom težinom zahvaljujući posebnoj tehnologiji proizvodnje“.

- PRIJEDLOG: Predlažemo da se kao dokaz ispitivosti pregača u rasponu od 50-150 kV dostavi certifikat od nezavisnog certificiranog laboratorija koji je izvršio mjerenje i izdao certifikat o provedenim mjerenjima stopa atenuacije.

ODGOVOR: Prihvaća se prijedlog Gospodarskog subjekta,

- PRIJEDLOG: Predložili bismo da se definira i jamstveni rok od 60 mjeseci ili da se definira minimalan rok od 36 mjeseca te da se boduje ukoliko proizvođači ponude duži rok od minimalnog.

Odgovor: Ne prihvaća se prijedlog jer u postupcima jednostavne nabave kod Naručitelja Kriterij za odabir ponude je: „najniža cijena“.

- PRIJEDLOG: Predlažemo da se navede da mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb treba biti u skladu sa Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014 (ili odgovarajućom novijom) te da se priloži CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425.

- ODGOVOR: Prihvaća se prijedlog Gospodarskog subjekta

- PRIJEDLOG: Zamolili bismo izuzimanje Princess šavova obzirom da se isti koriste u proizvodnji konfekcijske robe, te da se navede da zaštitna oprema i šavovi moraju biti sukladno navedenoj u prethodnoj rečenici Europskoj direktivi i smjernicama.

ODGOVOR: Prihvaća se prijedlog Gospodarskog subjekta

- PRIJEDLOG: Zamolili bismo da se navede da proizvođač treba ponuditi izbor od minimalno 10 različitih boja.

ODGOVOR: djelomično se prihvaća prijedlog. Naručitelj će zahtijevati izbor od minimalno 3 različite boje.

Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama objavljuje se na stranicama Bolnice.

Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka jednostavne nabave