

Ur. broj:02-611/26.
 Nova Gradiška, 03.02.2026.

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET: Bolnički kreveti za odjel palijative,
 Izvješće o tehničkim konzultacijama

Poštovani !

Opća bolnica Nova Gradiška (u daljnjem tekstu:Naručitelj), je dana 28. siječnja 2026. na mrežnim stranicama Ustanove objavila Poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave- tehničke konzultacije u svrhu pripreme postupka jednostavne nabave, te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave, da se odazovu i dostave svoje prijedloge, primjedbe, izmjene i dopunu dokumentacije.

Tijekom trajanja tehničkih konzultacija od 29. siječnja do 03. veljače 2026. do 08:00 sati Naručitelj je zaprimio nekoliko primjedbi i prijedloga i to kako slijedi:

PRIJEDLOG I. GOSPODARSKOG SUBJEKTA

	PRIJEDLOG	ODGOVOR
1.2	Ležna ploha četverodijelna, sastoji se od uklonjivih poprečnih segmenata, izrađenih od ABS plastike, podešavanje putem elektromotora	Prihvaća se prijedlog za izmjenu.
1.6	Nagib uzglavlja u rasponu od min 0° -70° ; nagib bedrenog dijela u rasponu od min 0° - 32° -putem el.motora; podešavanje lisnog dijela mehanički	Prihvaća se prijedlog za izmjenu.
1.7	Autoregresija ležnog dijela radi osiguravanja optimalne udobnosti pacijenta	Prihvaća se prijedlog za izmjenu.
1.8	Ručica za CPR obostrano u sklopu ležnog dijela podnice	Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog,tako da sada točka glasi: Ručica za CPR se nalazi u okviru podnice ili obostrano u sklopu ležnog dijela podnice.
1.11	Ručni upravljač za pacijenta s minimalno 8 tipki	Prihvaća se prijedlog za izmjenu.
1.17	Ograde jednostruke metalne uzdužno sklapajuće ograde,visine min 35 cm s mogućnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje strane s dvostrukim osiguranjem ili jednakovrijedno, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta	Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog, tako da stavka glasi: Ograde jednostruke metalne, uzdužno sklapajuće ograde,visine min 35 cm s mogućnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje ili donje strane s dvostrukim osiguranjem ili

		jednakovrijedno, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta.
--	--	--

1.26	Gustoća jezgre minimalno 32 kg/m ³ , dimenzija madraca usklađena sa ležnom plohom kreveta koji se nudi, visina madraca minimalno 14 cm, nosivost minimalno 150 kg	Naručitelj ne prihvaća prijedlog jer zbog sve težih pacijenata, njihovog zdravstvenog stanja, madrac treba biti veće nosivosti i veće gustoće.
------	--	--

PRIJEDLOG II. GOSPODARSKOG SUBJEKTA

	PRIJEDLOG	ODGOVOR
1.2.	Ležna ploha četverodijelna, sastoji se od minimalno četiri poprečnih segmenata širine izrađenih od ABS plastike ili HPL-a, koji se po potrebi mogu skidati, podešavanje putem elektromotora Objašnjenje: HPL je materijal koji se u bolničkom okruženju koristi dugi niz godina, iznimno je otporan na udarce i oštećenja, pogodan je za održavanje i dezinfekciju te pruža udobnost pacijentu pri dugotrajnom boravku u bolesničkoj postelji. Mnogi renomirani svjetski proizvođači medicinske opreme koriste upravo HPL kao materijal od kojeg se izrađuje površina za ležanje. Također, manji broj poprečnih segmenata znači manju mogućnost za pogrešnim fiksiranjem elemenata nakon što se skinu i dezinficiraju. Molimo da se odobri izmjena te da se ostalim ponuditeljima jednakokvalitetne opreme dopusti sudjelovanje.	Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenu jer je ABS plastika lakša za održavanje, potpuno se može skinuti, očistiti i dezinficirati.
1.17.	Ograde jednostruke metalne uzdužno sklapajuće ograde, visine min 35 cm s mogućnošću spuštanja i podizanja, otpuštajući mehanizam s gornje ili donje strane s dvostrukim osiguranjem, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta Objašnjenje: Tražena izmjena nema znatan utjecaj na komfor i sigurnost pacijenta te molimo da se uvažavanjem izmjene dopusti	Prihvaća se prijedlog za izmjenu te stavka troškovnika sada glasi: Ograde jednostruke metalne, uzdužno sklapajuće ograde, visine min 35 cm s mogućnošću spuštanja i podizanja iz jednog poteza jedne ruke, otpuštajući mehanizam s gornje ili donje strane s dvostrukim osiguranjem ili jednakovrijedno, ne mijenjaju ukupnu širinu kreveta.

	ponuditeljima kvalitetne medicinske opreme sudjelovanje	
--	---	--

Ovo Izvješće, sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku te odgovorima na iste, javno se objavljuje na mrežnim stranicama Opće bolnice Nova Gradiška kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka jednostavne nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

S poštovanjem!

*Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka javne nabave*