

Ur. broj:02-5006/25.
Nova Gradiška, 08.10.2025.

Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

PREDMET: Plazma sterilizator Izvešće o tehničkim konzultacijama

Poštovani !

Opća bolnica Nova Gradiška je dana 16. rujna 2025. na mrežnim stranicama Ustanove objavila Poziv na tehničke konzultacije u svrhu pripreme postupka javne nabave, te pozvala sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave, da se odazovu i dostave svoje prijedloge, primjedbe, izmjene i dopunu dokumentacije.

Tijekom trajanja tehničkih konzultacija od 24. do 30. rujna 2025. Naručitelj je zaprimio jedan prijedlog za izmjenu troškovnika

Red. broj	Opis zahtijevanih tehničkih karakteristika	Prijedlog	Odgovor
1.	Uređaj za uklanjanje mikroorganizama na termolabilnim instrumentima i opremi na niskim temperaturama plinskom plazmom	Navedeni uređaj je Nisko temperaturni sterilizator. Plinska plazma služi za uklanjanje rezidualnog sterilanta (hidrogen peroksida). PRIJEDLOG: "Uređaj za uklanjanje mikroorganizama na termolabilnim instrumentima i opremi na niskotemperaturnim sterilizatorom." Molimo Vas i izmjenu predmeta nabave iz Plazma sterilizator u Sterilizator ili Niskotemperaturni sterilizator.	Ne prihvaća se. Predmet nabave je plazma sterilizator- nisko temperaturna sterilizacija tehnologijom plinske sterilizacije
1.1.	Sterilant je vodikov peroksid pakiran u zatvorenom sustavu kazeta sa indikatorom za istjecanje H2O2	„Sterilant je vodik peroksid pakiran u zatvorenom sustavu sa indikatorom za istjecanje H2O2 ili specijalni sustav koji onemogućuje istjecanje H2O2“ Obrazloženje: Ovim prijedlogom ne zadir se u funkcionalno rješenja već se omogućuje nuđenje i naprednijih (ili barem jednakovrijednih) rješenja. Naime, na tržištu postoje uređaji sa	Ne prihvaća se . Za maksimalnu sigurnost osoblja zahtjeva se da je sterilan vodikov peroksid pakiran u zatvorenom sustavu s indikatorom za istjecanje.

		različitim rješenjima, a koja sve nude zaštitu operatera. S druge strane, inzistiranje na samo jednom rješenju, dovelo bi do situacije da samo jedan proizvođač može ponuditi svoj uređaj u ovom postupku. Kod opisa predmeta nabave Naručitelj je dužan paziti da opis predmeta nabave ne pogoduje niti jednom gospodarskom subjektu te da se funkcionalni zahtjevi mogu dokazivati različitim izvedbenim rješenjima, a sve sukladno odredbama članaka 205. – 211. ZJN 2016.	
1.2.	Monitor sa tzv. "touch screen" (eng.) sučeljem na hrvatskom jeziku	Prijedlog izmjene: Monitor sa zaslonom na dodir i sučeljem na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Obrazloženje: Uređaj koji nudi zainteresirani gospodarski subjekt ima intuitivne, vizualne i lako upravljive funkcije, koje koriste internacionalizme. Drugim riječima, iako se formalno radi o engleskim riječima, te riječi su do te mjere sveprisutne da se radi o prihvaćenim internacionalizmima koji se na istovrsni način rabe i u hrvatskom jeziku. Osim toga, i drugi korisnici/Naručitelji su prihvatili engleske internacionalizme na sučelju jer su logični i jednostavni. Primjer engleskih riječi iz sučelja: "Start", "Stop", "Flexible", "Lumen", "Program", "Standard", i sl. Osim toga, gotovo isti vokabular se koristi i na propisanoj varijanti folija 1.26., a gdje se ne zahtjeva hrvatski jezik. Jer u suprotnom u istom predmetu nabave, čak i u istoj grupi primjenjujete različita pravila za Ponuditelje.	Ne prihvaća se. Zahtjev za monitor sa zaslonom na dodir sa sučeljem na hrvatskom jeziku olakšava rad osoblju i smanjuje mogućnost greške operatera zbog jezične barijere.
1.3.	Mogućnost skladištenja sterilanta na sobnoj temperaturi		
1.4.	Temperatura sterilizacije max. 56° C		
1.5.	Komora pravokutnog oblika s dvije pomične police ukupnog volumena preko 50 L	Navedenom stavkom, Naručitelj ne dobiva nikakvu posebnu vrijednost ili kvalitetu. Naime, ukupni volumen ne mora biti jednakovrijedan uporabnom volumenu i zapravo je zavaravajući. Stoga predlažemo definiranje uporabnog volumena. Dodatni argumenti: - u navedenoj stavci korisni volumen ne odgovara ukupnom volumenu jer komora ima unutarnju konstrukciju koja je domaknuta od rubova komore. Primjer plastičnog primjera za lakše razumijevanje: propisali ste	Ne prihvaća se. Naručitelj je u svom zahtjevu definirao minimalno prihvatljivi volumen komore.

		frižider 50 L u koji radi unutarnjih konstrukcija ne stane više od 30 L materijala. - nadalje, uređaj koji je opisan po trenutnim tehničkim specifikacijama je niskotemperaturni sterilizator, a plazma je samo tehničko rješenje za uklanjanje zaostalog peroksida. Zainteresirani gospodarski subjekt stoga ističe citat iz stručnog rada: " Različiti procesi na bazi plina vodikovog peroksida koji koriste plazmu kao dio procesa sterilizacije obično se smatraju „sterilizacijom plazmom". Međutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog djelovanja u tim procesima prvenstveno posljedica vodikovog peroksida (ili kondenziranog plina), a ne plazme, iako je poznato da faza stvaranja plazme u ovim procesima pomaže u razgradnji preostalog peroksida u opterećenju komore." Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action - Izvor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3445964/	
1.6.	Mogućnost izbora najmanje dva ciklusa: kratki max 28 min/dugi ciklus max 38 min	Pitanje uključuje li ova faza i testiranje vlažnosti, tj kondicioniranje instrumenata.	Naručitelj je u svom zahtjevu nedvojbeno definirao broj ciklusa i njihovo trajanje.
1.7.	Proces sterilizacije je terminalna sterilizacija koja uključuje "double kill" (eng.) proces - 2 identična ciklusa: 2 ubrizgavanja H ₂ O ₂ i 2 plazma faze	Prijedlog izmjene: BRISANJE Obrazloženje: Ova točka nema nikakvu smislenu svrhu. Sterilnost instrumenata i opreme je bezuvjetna. Ništa ne dobivate ako u procesu sterilizacije postoje 2, 4, ili 10 ciklusa, a postignete željeni cilj tj. sterilnost u vremenu od 16 min. Izmjene koje tražimo kao zainteresirani gospodarski subjekt su usvajane i na posljednjim natječaju prije svega nekoliko tjedana jer je traženje za izmjenom opravdano i svrsishodno, odnosno u korist Naručitelja. Napominjemo da plazma ne osigurava nikakvu dodatnu vrijednost u procesu sterilizacije a koja je nužna za uspješnost iste: "Međutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog djelovanja u tim procesima prvenstveno posljedica vodikovog peroksida (ili kondenziranog plina), a ne	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava maksimalnu mogućnost sterilnog punjenja.

		plazme, iako je poznato da faza stvaranja plazme u ovim procesima pomaže u razgradnji preostalog peroksida u opterećenju komore." Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action Izvor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3445964/	
1.8.	Dimenzije polica za smještaj košara i instrumenata unutar komore min. 31 cm x 59 cm	Molimo Vas da pravilno propišete uporabnu vrijednost komore za sterilizaciju instrumenata. Ovako rješenje pogoduje u ukupnosti tehničke specifikacije jednom proizvođaču. Prijedlog izmjene: Dimenzije uporabnog dijela komore za smještaj košara i instrumenata (a da uključuje i:) 31x25x71 cm	Ne prihvaća se. Naručitelj je u svom zahtjevu definirao minimalne dimenzije police u okviru nosive plohe.
1.9.	Kontinuirano mjerenje koncentracije H ₂ O ₂ u komori tijekom cijelog ciklusa UV senzorom	Prijedlog izmjene: „Kontinuirano mjerenje koncentracije H₂O₂ u komori tijekom cijelog ciklusa UV senzorom ili jednakovrijedno rješenje koje osigurava ciljanu koncentraciju H₂O₂ u komori“ Obrazloženje: Kao i u prethodnoj točki – predlaže se konkretno i funkcionalno rješenje, a ne preferirana tehnologija. Osim toga, navedeni senzor s vremenom može biti zamućen ili oštećen, tj. nije dugoročno i svrsishodno pouzdana tehnologija. S druge strane, uređaj zainteresiranog gospodarskog subjekta nudi istu funkcionalnost – zaštita operatera, samo drugačijom izvedbom. Prijedlog izmjene ne isključuje niti jedno tehničko rješenje koje postoji na tržištu, već dapače, otvara pristup ovom postupku barem dvama proizvođačima umjesto samo jednog preferiranog.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava kontinuirano mjerenje koncentracije vodikovog peroksida tijekom postupka sterilizacije, što omogućuje kontrolu postupka sterilizacije i osigurava potpunu zaštitu operatera kod vađenja punjenja na kraju ciklusa.
1.10.	Sterilizator ima ugrađeni termalni printer s mogućnošću ispisa potvrde uspješnosti ciklusa sa listom svih instrumenata koji su prošli sterilizaciju	Prijedlog izmjene: Sterilizator ima ugrađeni termalni printer s mogućnošću ispisa potvrde uspješnosti ciklusa.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja omogućuje potpuno i detaljno dokumentiranje postupka sterilizacije.
1.11.	Mogućnost priključivanja bar code čitača za praćenje bioloških ampula, pojedinih instrumenata i paketa	Prijedlog izmjene: „Mogućnost priključivanja (ili integrirani) bar-code čitača za praćenje bioloških ampula, pojedinih instrumenata i paketa“	Prihvaća se. Izmjena glasi: Mogućnost priključivanja ili integrirani bar-code čitač za praćenje bioloških ampula

		Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže i ističe da je riječ o neznatnoj razlici u opisu, a sa jednakim tehničkim i funkcionalnim ishodom. Na ovaj način više neće biti preferiran jedan ponuditelj/proizvođač, već se pristup predmetnom postupku otvara tržišnom nadmetanju.	pojedinih instrumenata i paketa.
1.12.	Izjave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije s medicinskim instrumentima izdana od strane proizvođača termolabilnih i drugih instrumenata (prema specifičnom kataloškom broju instrumenta ili opreme) - Olympus, Storz, Wolf, Pentax, Arthrex, Covidien i drugih proizvođača. Potrebne su preporuke proizvođača barem za one endoskope i pribor koje koristi bolnica. Preporuke i validacije mogu biti u obliku uputstava za upotrebu instrumenta, uputstava za reprocesiranje instrumenta ili originalnih izjava o kompatibilnosti proizvođača instrumenta.	Prijedlog izmjene: „Izjave o kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije s medicinskim instrumentima izdana za strane proizvođače termolabilnih i drugih instrumenata (prema specifičnom kataloškom broju instrumenta ili opreme) - Olympus, Storz, Wolf, Pentax, Arthrex, Covidien i drugih proizvođača.“ Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt pretpostavlja i vjeruje da se kod trenutnog propisivanja zahtjeva naručitelj pogrešno izrazio. Naime, ne može se očekivati od ponuditelja da dostavlja dokumente drugih proizvođača koje ne zastupa i ne predstavlja. Međutim, ono što se može tražiti i dokazivati jest da ponuditelj dokaže da je njegov uređaj (dakle od proizvođača kojeg zastupa i za kojega je ovlašten davati izjave) kompatibilan sa drugim proizvođačima koje Naručitelj citira. Navedenom izmjenom osigurava se potvrda kompatibilnosti sustava i ciklusa sterilizacije sterilizacije.	Ne prihvaća se. Naručitelj je jasno i nedvojbeno definirao zahtjev.
1.13.	Sposobnost inaktivacije priona (dokazuje se referencama)		
1.14.	Mogućnost nadogradnje sustava na opciju automatskog očitavanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) s automatskom sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i inkubatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije	Prijedlog izmjene: „Mogućnost automatskog očitavanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) sa sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i čitača bioloških indikatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije, čitač “ Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže i	Ne prihvaća se. Naručitelj je jasno i nedvojbeno definirao zahtjev.

		ističe da je riječ o neznatnoj razlici u opisu, a sa jednakim tehničkim i funkcionalnim ishodom. Na ovaj način više neće biti preferiran jedan ponuditelj/proizvođač, već se pristup predmetnom postupku otvara tržišnom nadmetanju.	
1.15.	Opcija automatske detekcije pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovog kondicioniranja u predciklusu u svrhu izbjegavanja prekida ciklusa i nepotrebnog trošenja sterilanta - predciklus ne smije trošiti H2O2	Prijedlog izmjene: „Automatske detekcije pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovog kondicioniranja u predciklusu u svrhu izbjegavanja prekida ciklusa i nepotrebnog trošenja sterilanta - predciklus ne smije trošiti H2O2" Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt pretpostavlja da je cilj i svrha propisivanje - ušteda troška tj. smanjenje H2O2. Upravo iz tog razloga, predlaže se predmetna izmjena koja ostvaruje traženu funkcionalnost, a ne ograničava se na izričaj i tehnologiju preferiranog uređaja. Na ovaj način osigurava se pristup i drugim proizvođačima osim preferiranog, a što je u skladu s prethodno citiranim odredbama ZJN 2016.	Zahtjev se prihvaća. Izmjena glasi: Automatska detekcija pogrešno pripremljenih instrumenata i njihovo kondicioniranje u predciklusu i nepotrebnog trošenja sterilanta- predciklus ne smije trošiti H2O2.
1.16.	Predciklus za sušenje instrumenata - detekcija i ispravljanje uzoraka koji mogu dovesti do prekida ciklusa - Predciklus ne povlači H2O2 i ne koristi sterilant u slučaju prekida ciklusa		
1.17.	Plazma se proizvodi unutar same komore zbog zaštite korisnika sustava od izlaganja vodikovom peroksidu - pri otvaranju komore razina H2O2 mora uvijek biti manja od 0,5 ppm	Prijedlog izmjene: „Plazma se proizvodi unutar same komore zbog zaštite korisnika sustava od izlaganja vodikovom peroksidu ili rješenja bez korištenja plazme koja osiguravaju da - pri otvaranju komore razina H2O2 mora biti uvijek manja od 0,5 ppm“ ili BRISANJE Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže jednakovrijedno rješenje, tj. rezultate, a ne tehnologiju. Zadržavanjem razine H2O2 ispod 0,5 ppm, rezultati pokazuju da je korisnik	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava maksimalnu sigurnost operatera u skladu sa standardima na sigurnost.

		zaštićen bez obzira na tehnologiju. U suprotnome, favorizira se samo jedna tehnologija, koja u ukupnosti potencijalno ukazuje na samo jednog proizvođača, a što je suprotno odredbama čl. 205. – 211. ZJN 2016. Kao i u gornjoj stavci (1.6.) znamo da je pretpostavka koja inzistira plazma tehnologiju kao superiornije rješenje pogrešna: "Međutim, sada je poznato da su mehanizmi antimikrobnog djelovanja u tim procesima prvenstveno posljedica vodikovog peroksida (ili kondenziranog plina), a ne plazme, iako je poznato da faza stvaranja plazme u ovim procesima pomaže u razgradnji preostalog peroksida u opterećenju komore." Gas plasma sterilization of microorganisms and mechanisms of action Izvor: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3445964/	
1.18.	Mogućnost priključenja nezavisnog sustava praćenja parametara sterilizacije		
1.19.	Mogućnost povezivanja na bolnički informacijski sustav i sustav slijedivosti instrumenata putem komunikacijskog protokola		
1.20.	Operativni sustav koji vodi korisnika pri izboru adekvatnog ciklusa i ispravnog pozicioniranja paketa u komori		
1.21.	Internetska aplikacija za provjeru kompatibilnosti instrumenata (ili konsolidirana baza podataka u drugom obliku) s određenim tipom sterilizatora i ciklusa i potvrda o provedenom postupku testiranja i validacije		

1.22.	Mogućnost pohrane detaljnih izvještaja o ciklusu putem vlastitog kompatibilnog sustava za sinkronizaciju podataka na računalo, mrežu ili cloud (eng.), te mogućnost dislociranog očitavanja izvještaja		
1.23.	Sterilizacija lumena duljine 1065 mm i kraće		
1.24.	Mogućnost automatskog očitavanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) s automatskom sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i čitača bioloških indikatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije, čitač bioloških indikatora 1 kom uključen je u isporuku	Prijedlog izmjene: „Mogućnost automatskog očitavanja rezultata biološke kontrole unutar najviše 15 min (zbog ponovne upotrebe instrumenata u što kraćem roku) sa sinkronizacijom sterilizacijskog ciklusa i čitača bioloških indikatora zbog preciznog praćenja instrumenata i vođenja evidencije, čitač bioloških indikatora (1 kom.) uključen je u isporuku“ Obrazloženje: Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže i ističe da je riječ o neznatnoj razlici u opisu, a sa jednakim tehničkim i funkcionalnim ishodom. Na ovaj način više neće biti preferiran jedan ponuditelj/proizvođač, već se pristup predmetnom postupku otvara tržišnom nadmetanju.	Ne prihvaća se.
1.25.	Isporuka uključuje uređaj za zavarivanje folija, 1 kom, minimalnih karakteristika: Brzina zavara minimalno 10 m/min, Mikoprocorska kontrola rada, Temperatura zavara min 210°C, Za zavarivanje vrećica i koluta koji se mogu zatvoriti prema ISO 11607-1, kao npr. medicinski papir, Tyvek®, netkani materijal, LCD zaslon, minimalno 2 linije znakova, Automatsko pokretanje motora fotočelijom, Integrirani printer sa automatskim podešavanjem širine ispisa ovisno o širini zavara, RS-232, Ethernet i USB sučelje, Mogućnost validacije po ISO 11607-2. Isporuka uključuje i		

	rezač folija 1 kom.		
1.26.	Potrošni materijal za plazma sterilizator - inicijalni set:	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama.
1.26.1.	Kazete s vodikovim peroksidom za ponuđeni plazma sterilizator, minimalno 5 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.2.	Super brzi biološki indikator za kontrolu plazma sterilizacije, minimalno 30 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.3.	Kemijski indikator za kontrolu plazma sterilizacije, u roli, minimalno 6 rola	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama

1.26.4.	Kemijski indikator za kontrolu plazma sterilizacije, u listićima, minimalno 1000 listića	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.5.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 7,5 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 6 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.6.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 10 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 6 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.7.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 15 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 4 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.8.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 20 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/-	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja

	3%), minimalno 4 kom	propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	u minimalnim količinama
1.26.9.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 25 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 4 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.10.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 35 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 2 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.11.	Folija (TYVEK) validirana za ponuđeni plazma sterilizator prema ISO 14937, širine 42 cm (+/- 3%), dužine 70 m (+/- 3%), minimalno 2 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama
1.26.12.	Traka papira za printanje, minimalno 12 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama

		vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	
1.26.13.	Kutija za odlaganje praznih kazeta, minimalno 10 kom	Propisivanjem navedenih stavki po svim stavkama 1.26 upućuje na jednog proizvođača. Pravilni je bilo propisati po broju procedura a ne po pakiranju. Jer neka pakiranja su za veći broj procedura, te postoje različite vrste pakiranja. Potrošni materijal je već predmet zajedničke nabave te je ovime dodatno zaključana specifikacija.	Ne prihvaća se. Zahtjev naručitelja osigurava inicijalni set potrošnog materijala za rad uređaja u minimalnim količinama

Ovo Izvješće, sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku te odgovorima na iste, javno se objavljuje na mrežnim stranicama Opće bolnice Nova Gradiška kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka javne nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Rezultati provedenog istraživanja ne obvezuju Opću bolnicu Nova Gradiška, niti se njime stvara bilo kakav pravni posao/odnos s gospodarskim subjektom koji je u istraživanju sudjelovao.

S poštovanjem!

*Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka javne nabave*