

Ur.broj:02- 5768/25
Nova Gradiška, 13.11.2025.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama za pripremu postupka jednostavne nabave OSNOVNI HISTEROSKOP BEZ STRUJE

Naručitelj Opća bolnica Nova Gradiška priprema postupka jednostavne nabave- OSNOVNI HISTEROSKOP BEZ STRUJE, evidencijski broj: JN 52/25.

S ciljem istraživanja tržišta javni naručitelj je dana 06.studenog 2025. na svojoj službenoj web stranici objavio javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka jednostavne nabave OSNOVNI HISTEROSKOP BEZ STRUJE –konzultacije kojim je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu i dostave svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune elektroničkim putem do 12. studenog 2025. do 07,00 sati.

Zajedno sa Pozivom naručitelj je objavio prijedlog Poziva na dostavu ponuda i prijedlog tehničkih specifikacija predmeta nabava (troškovnik).

1. **naziv i OIB:** Opća bolnica Nova Gradiška, 71630358814,
2. **evidencijski broj nabave:** JN 52/25,
3. **predmet nabave:** OSNOVNI HISTEROSKOP BEZ STRUJE,
4. **datum početka tehničkih konzultacija:** 06.11.2025.
5. **datum završetka tehničkih konzultacija:** 12.11.2025. godine do 7,00 sati
6. **navod je li tijekom savjetovanja naručitelj održao sastanak:** ☒ NE
7. **tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu:**

Tijekom tehničkih konzultacija Naručitelj je zaprimio prijedlog jednog Gospodarskog subjekta:

Stavka 1.1 - Teleskop 30° za dijagnostičku i ambulantnu histeroskopiju, promjer 2,9 mm, duljina 30 cm, autoklavabilan. Tvrtka Gospodarskog subjekta je u mogućnosti ponuditi Teleskop 30°, promjera Ø 2.7 mm, radne dužine 310 mm, Autoklavabilan.

Stavka 1.2- Unutarnja košuljica, promjer 4,3 mm, s kanalom za semirigidne instrumente veličine do 5 Fr. Kod našeg histeroskopa unutarnja košuljica nije potrebna.

Stavka 1.3- Vanjska košuljica, promjer 5 mm, za uporabu s unutarnjom košuljicom, autoklavabilna
Vanjska košuljica promjera dislanog vrha 5.5 mm, radnog kanala 5 Fr, radne dužine 219 mm, Autoklavabilna.

Stavka 1.4- LUER-Lock konektor, muški, za spajanje irigacijske tube, autokvalibilan

Stavka 1.5- Biopsijska hvatalica, semirigidna, s dvostrukim čeljustima, 5 Fr., duljina 34 cm, višekratna, autokvalibilna

Molimo izmjenu na način da glasi:

Stavka 1.5- Biopsijska hvatalica, semirigidna, 5 Fr, 340 mm, višekratna, autoklavabilna

Stavka 1.6- Svjetlosni kabel, promjer 3,5 mm, duljina 230 cm, s sigurnosnom maticom, otporan na povišenu temperaturu, autokvalibilan, mogućnost korištenja ko ICG primjene

Kako se ICG tehnologija koristi za izualizacij pod određenom valnom duljinom svjetla, za što je potreban kompatibilan kontroler endoskopske kamere, endoskopske glave kamere i kompatibilan izvor hladnog svjetla, te se metoda provodi prilikom laparoskopskih zahvata pri kojima je potreban promjer optičkog kabela minimalno Ø 5 mm, molimo da se ovaj navod izbac iz tehnicke specifikacije.

Molimo izmjenu na način da glasi:

Stavka 1.6 - Svjetlosni kabel, promjer 3,5 mm, duljina 230 cm, autokvalibilan.

Stavka 1.7 - Škarice, semirigidne, šiljate, s jednostrukim čeljustima, 5 Fr., duljina 34 cm

8. **odgovor na primjedbu ili prijedlog (prihvaća se/djelomično se prihvaća/ne prihvaća se):**

Naručitelj prihvaća većinu prijedloga izmjene tehničke specifikacije te uvažava prijedloge tehničke specifikacije sukladno svojim potrebama i namjeni i to kako slijedi:

- **PRIJEDLOG 1:** Tvrtka Gospodarskog subjekta je u mogućnosti ponuditi Teleskop 30°, promjera Ø 2.7 mm, radne dužine 310 mm, Autoklavabilan.

ODGOVOR: Djelomično se prihvaća prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu otvaranja mogućnosti javljanja više Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja, tako da sada glasi:

„1.1. Teleskop 30° za dijagnostičku i ambulantnu histeroskopiju, promjer od 2,7-2,9 mm, radne dužine od 300- 310 mm, autoklavabilan.“

- **PRIJEDLOG 2:** Kod našeg histeroskopa unutarnja košuljica nije potrebna

ODGOVOR: Djelomično se prihvaća prijedlog Gospodarskog subjekta u svrhu otvaranja mogućnosti javljanja više Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja, tako da se BRIŠE stavke 1.2. i 1.3. prijedloga Troškovnika te unosi nova stavka koja glasi: „1.2. kanal za semirigidne instrumente veličine do 5 Fr.“

- PRIJEDLOG 3: Molimo izmjenu na način da glasi:
- Stavka 1.5- Biopsijska hvatalica, semirigidna, 5 Fr, 340 mm, višekratna, autoklavabilna

ODGOVOR: Prihvaća se prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu otvaranja mogućnosti javljanja više Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja,

- PRIJEDLOG 4: Molimo izmjenu na način da glasi:
- Stavka 1.6 - Svjetlosni kabel, promjer 3,5 mm, duljina 230 cm, autokvalibilan.

ODGOVOR: Prihvaća se prijedlog Gospodarskog subjekta, u svrhu otvaranja mogućnosti javljanja više Gospodarskih subjekata/ Ponuditelja,

Izvješće o provedenim tehničkim konzultacijama objavljuje se na stranicama Bolnice.

Stručno povjerenstvo za provedbu
postupka jednostavne nabave

Martina Lončarić

Mj. St.

Miro Matanović

Božica Lončarić

Božica Lončarić